CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SÔNG HẬU 1

Số: 2671 /NMĐSH1-TM
V/v cung cấp báo giá "Mua sắm khí chuẩn và khí công nghiệp phục vụ công tác Hóa nghiệm – NMĐ Sông Hậu 1"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 11 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các Nhà cung cấp

Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (NMNĐ Sông Hậu 1) đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa "Mua sắm khí chuẩn và khí công nghiệp phục vụ công tác Hóa nghiệm – NMĐ Sông Hậu 1". NMNĐ Sông Hậu 1 đề nghị đơn vị quan tâm, xem xét và cung cấp báo giá cho công tác mua sắm hàng hóa nói trên với nội dung như sau:

1. Phạm vi công việc: Chi tiết như phụ lục đính kèm.

2. Thời gian cung cấp hàng hóa: Nhà thầu đề xuất, Nhà máy sẽ xem xét.

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư, Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

4. Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.

5. Thời gian gửi báo giá: trước 15h00 ngày 23 / 11 /2026.

6. Phương thức gửi báo giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá hoặc qua email.

7. Thông tin liên hệ:
Người nhận: Phòng Thương mại - NMNĐ Sông Hậu 1
Địa chỉ: ấp Phú Xuân, xã Châu Thành, TP Cần Thơ
Email:huongpt02@pvpgb.vn;longpx@pvpgb.vn;hunglt@pvpgb.vn; nhanbaogia.hn@pvpgb.vn.

NMNĐ Sông Hậu 1 cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ NMĐSH1: N.V.Chính (để b/c);
- Lưu: VT, TM (P.T.H.02).

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ SÔNG HẬU 1
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Khánh Duy

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 02671/NMĐSH1-TM

PHỤ LỤC: PHẠM VI CÔNG VIỆC

(Đính kèm công văn số 2671 /NMĐSH1-TM ngày 11/11/2026)

TT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/ Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Nhà sản xuất tham khảo	Xuất xứ	Ghi chú
1	Khí Acetylen + Vỏ bình; > 99.5%	Độ tinh khiết > 99,5%, 40 lít /20 bar	Bình	03	-	Việt Nam	
2	Bình khí chuẩn; SO_2	1. Khí mẫu: 1030 ppm SO_2, N_2 balance Tol: 10%, acc: 1-2% Áp suất nạp: 100-144 bar 2. Bình chứa và van đầu chai: Thể tích bình 10 - 16 lít Vật liệu bình: Steel/Steel-A/Aluminum Áp suất thử: 250 bar Áp suất làm việc: 150 bar Adapter để kết nối với các bình hiện hữu Liên kết chuẩn N.I.S.T Kiểm định an toàn	Bình	03	Rigas hoặc Air Liquide hoặc tương đương	-	

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 02671/NMĐSH1-TM

Yêu cầu khác:

- Chất lượng hàng hóa: Hàng hóa phải đảm bảo mới 100%, chưa qua sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;

- Nhà sản xuất nêu trên là tham khảo, Nhà thầu có thể chào đúng loại và nhà sản xuất như trên hoặc chào hàng tương đương về Thông số kỹ thuật hoặc tốt hơn;

- Xuất xứ: Nhà thầu đề xuất đầy đủ xuất xứ các danh mục nêu trên khi chào giá;

- Hạn sử dụng đối với hàng hóa: còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;

- Chứng từ kèm theo hàng hóa:

+ Hàng hóa phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xứ (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ/COA) (bản gốc hoặc bản photo công chứng hoặc bản điện tử) hoặc tài liệu có tính chất tương tự;

+ Bảo hành: 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa (đối với hàng hóa lưu kho).

* Lưu ý: để thuận tiện và thống nhất trong quá trình xem xét đánh giá bảng chào giá, đề nghị nhà cung cấp áp dụng mức thuế suất GTGT là 10% cho tất cả các hàng hóa.

huongpt02 - 15:56 11/11/2026

Văn bản được tải lên hệ thống eoffice.pvpgb.vn. Với số định danh: 02671/NMĐSH1-TM